



ISOCONTROLLI SRL
Sede legale e Operativa
Via Dell Artigianato, 26
25080 Molinetto di Mazzano (BS)

Tel. +39 030 674349
Fax +39 030 2122707
www.isocontrolli.it
info@isocontrolli.it

C.F./P.IVA 02724290982

Num. Iscr. CCIAA 02724290982
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Banca Intesa Ag. 255
c/c 615248503120
ABI 03069 - CAB 11205 - CIN L
IBAN IT76L0306911205

Cliente / Customer **XXX**
Indirizzo / Address XXX
Ordine nr / Order No XXX

Report no.: XXXXXXXXX

Strumento in Prova / Tested Instrument

Serial No.: XX/XXXX.01
Modello / Type: TC 1XS KER 530/610 D.26X550 TESTA SFERICA SAT

Strumentazione di Test / Reference Instrument

Modello / Type	Serial No.	Certificate no.	Issue date	Due date
----------------	------------	-----------------	------------	----------

Le attività relative alla gestione del presente documento sono regolate dal MQ_ISO_9001-2015_rev00 23-5-18, dalle procedure P7.5-01 rev_5; P7.5-02 rev_1; P7.5-04 rev_1 e dalle Istruzioni operative di dettaglio richiamate.

Esito delle misure effettuate / Measurement Results

Nr	Reference Instrument	Tested Instrument	Tollerances	Deviation	Test Result
	REF	MEAS		MEAS-REF	
1.1	542.51	541.99	1.000	-0.516	CONFORME
2.1	672.43	671.80	1.000	-0.625	CONFORME
3.1	802.12	801.28	1.000	-0.841	CONFORME
4.1	933.56	932.66	1.000	-0.904	CONFORME
5.1	1063.87	1062.91	1.000	-0.952	CONFORME
6.1	1193.43	1192.41	1.280	-1.025	CONFORME

IEC60584 CLASSE 1: (Toll. +/-1 o $1+0.003*(t-1100)$)
ESITO DELLE MISURE: E' CONFORME ALLA CLASSE DI TOLLERANZA INDICATA

Data delle misure **Tecnico** **Manager**

XX-XX-XXXX _____ _____